



Presentación del Producto

Embalaje

- Contenido: 10 cajas de 100 unidades
- Dimensión: 315 x 250 x 250 mm

Caja de 100 ud.

- Contenido: 100 unidades
- Dimensión: 235 x 120 x 60mm



Etiquetaje

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Nombre y dirección de la Empresa fabricante- Denominación del producto en varios idiomas- Referencia comercial, Lote y código de barras- Caducidad- Marcado CE- referencia | <ul style="list-style-type: none">• Talla y número de unidades• Un solo uso• Condiciones de almacenaje• Pictogramas de protección• Legislación y Normas de |
|---|--|

Características Generales

Descripción:

Guantes de Nitrilo sin polvo.

Finos y extra sensibles al tacto debido a que el área de los dedos está texturizada para un mayor agarre tanto en húmedo como en seco. Manguito enrollado reforzado.

La superficie del guante está tratada con cloro, esto evita que los guantes se peguen entre sí. Interior recubierto con material sintético, esto ayuda a que sean más fáciles de poner y quitar.

El nitrilo ofrece una protección tres veces mayor frente a los micro-orificios presentes en los guantes de látex convencionales, por este motivo, es la mejor elección a la hora de escoger un guante libre de látex.

Vida útil: 3 años (Conforme a norma EN 455-4:2009).

Clasificación:

Producto Sanitario **Clase I**; Real Decreto 1591/2009, y Reglamento (UE) 2017/745.

EPI de **Categoría III**; Real Decreto 1407/1992; Reglamento (UE) 2016/425



Tallas: Pequeña, Mediana, Grande, Extra Grande

Color: Blanco.

Propiedades Físicas

Composición : Nitrilo de Acrilonitrilo Butadieno (NBR)

Características:

- | | |
|----------------------|--|
| - Ambidiestros | - Libre de Látex |
| - Clorinado | - Libre de Polvo |
| - Dedos Texturizados | - Libre de Proteínas y aceleradores químicos |
| | - Libre de Tiuram, tejido animal u otras sustancias biológicas |

Propiedad	Nivel de prestación/Resultado	Normas y estándares aplicados
Productos sanitarios Reglamento (UE) 2017/745		
Ausencia de agujeros	Cumple	EN 455-1:2000
Dimensiones	Cumple	EN 455-2: 2015
Fuerza a la rotura	Cumple (media=6,7 N)	
Requisitos de seguridad biológica.	Cumple	EN 455-3: 2015
Normas ASTM		
Penetración Viral	Cumple	ASTM F 1671M-13
Polvo residual	Cumple	ASTM D 6124-06
Guanos médicos NBR	Cumple	ASTM D 6319-10
Resistencia a la tensión de ruptura	14 Mpa	ASTM D 6319-10
Elongación	500%	ASTM D 6319-10
Equipos de Protección Individual Reglamento (UE) 2016/425		
Desteridad	5	EN 420:2003+A1:2009
Resistencia a la permeación de microorganismos		
Test de fuga de aire	Cumple	EN 374-2: 2016
Test de fuga de agua	Cumple	
Protección contra bacterias y hongos	Cumple	EN 374-5: 2016
Protección contra virus	Cumple	




VIRUS

Paseo de la Castellana nº 141. Plantas 18 y 19. 28046 Madrid Tel: 902367762	www.santex.es calidad@santex.es santex@santex.es	Realizado por: Magda Ridorsa Última edición 16/08/2021	Página 2 de 5
---	--	--	---------------

GD20W

GUANTE DE NITRILO BLANCO SIN POLVO

FICHA TÉCNICA



Resistencia a la permeación de productos químicos		
(K) Hidróxido Sódico (40%)	Nivel 6/ Tiempo de permeación > 480 min	 EN 374-1:2016 KPT EN 374-4:2013
(P) Peróxido de hidrógeno (30 %)	Nivel 2/ Tiempo de permeación > 30 min	
(T) Formaldehído (37 %)	Nivel 5/ Tiempo de permeación > 240 min	
Materiales plásticos destinados a contactar con alimentos Reglamento 10/2011 (UE)		
Test de Migración:	<ul style="list-style-type: none"> - Ácido acético 3% - Etanol 10% /20% y 50% - Aceite vegetal 	<ul style="list-style-type: none"> - Cumple - Cumple - Cumple EN 1186-14:2002 EN 1186-7:2002

Tallas

Talla	Peso (g) $\pm 0,3$	Longitud (mm) ± 3	Ancho palma (mm) ± 10	Dimensiones del Guante		
				Dedo	Palma	Manga
S	3,00	≥ 240	85	0.07	0.06	0.05
M	3,50	≥ 240	95	0.07	0.06	0.05
L	3,85	≥ 240	110	0.07	0.06	0.05
XL	4,45	≥ 240	≥ 110	0.07	0.06	0.05

Ficha logística

Paseo de la Castellana nº 141. Plantas 18 y 19.
28046 Madrid
Tel: 902367762

www.santex.es
calidad@santex.es
santex@santex.es

Realizado por:
Magda Ridorsa
 Última edición
 16/08/2021

Página 3 de 5

REF - Talla	Cód. EAN		Kg Embalajes	Volumen m3	Cajas/ Palet	Montaje/ Palet (Cajas x alturas)
	Caja Interior	Embalaje				
GD20WB- S	8437017506201	8437017506249	3,4	0,0189875	70	10 x 7
GD20WC- M	8437017506218	8437017506256	3,7	0,0189875	70	10 x 7
GD20WD- L	8437017506225	8437017506263	4,0	0,0189875	70	10 x 7
GD20WE- XL	8437017506232	8437017506270	4,2	0,0189875	70	10 x 7

Usos y aplicaciones

En el ámbito **sanitario**, guantes para la realización de **exámenes** médicos, odontología, examen clínico, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, para usos de laboratorio y en general para todas las actividades en las que se requiera un guante que ejerza de barrera protectora contra cuerpos infecciosos, como en el campo de la investigación y la veterinaria. Sólo para un nivel de exposición de riesgo bajo.

Su protección frente a riesgos **químicos** es baja. Cumple los requisitos para la comprobación de la seguridad microbiológica y de riesgo químico (EN374-1,2,4,5).

También son utilizados en la industria de la **alimentación** y en **limpieza** debido a que el NBR no contiene ni látex ni aceleradores químicos, por lo que se reducen los problemas de irritación de la piel por causas alérgicas y a demás ofrecen un confort y elasticidad aceptables. En el ámbito de la alimentación, estos guantes cumplen con lo requerido al reglamento 10/2011 (y actualizaciones), así como al Reglamento 1245/2020 referentes a los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Condiciones de Almacenamiento

Mantener almacenado en un lugar fresco y seco. Evitar el exceso de calor y proteger de la exposición solar directa o iluminación fluorescente.





Directivas y Normas de referencia

- EN 374/1-2-4-5; Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos.
- EN 420; Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo.
- EN 1186/7:2002; Métodos de ensayo para migración global en simuladores de alimentos acuosos utilizando una bolsa.
- EN 14372:2005; referente a artículos de puericultura. Cubertería y utensilios para la alimentación. Requisitos de seguridad y ensayos.
- EN 455/1-2-3-4; Guantes de protección médicos de un solo uso.
- ISO 13485:2003, Sistema de Calidad para la fabricación de Productos Sanitarios.
- ASTM D 6124-06, Contenido residual en polvo.
- ASTM D 6319, Especificación estándar para los guantes de examen de nitrilo para uso médico.
- Reglamento 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos Texto pertinente a efectos del EEE.
- Real Decreto 866/2008, relativa a los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, que transpone la directiva 2002/72/CEE, derogada por el Reglamento 10/2011.
- Real Decreto 1407/1992, referente a los Equipos de Protección Individual.
- Reglamento (UE) 2017/745, que regula los Productos Sanitarios.
- Reglamento (UE) 2020/1245 por que modifica y corrige el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

Sistema de Gestión

Sistema de gestión conforme a las normas ISO 13485.

Conformidad del Producto





DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Producto: GD20W GUANTES DE EXAMEN NITRILO BLANCO SIN POLVO

SANTEX 2000 INTERNACIONAL SL, con dirección Paseo de la Castellana, 141 plantas 8 y 9, Cuzco IV 28046 Madrid, declara que:

La presente declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El producto objeto de esta declaración es conforme con el reglamento de Productos Sanitarios (UE) 2017/745, así como los requisitos establecidos en las siguientes normas: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

En la transformación y producción del film se siguen todas las normas sanitarias vigentes, estando las instalaciones donde se ha fabricado certificadas con la norma armonizada internacional ISO 13485:2016.

Según las reglas recogidas en el anexo VIII del reglamento es un Producto Sanitario de clase I, con código UMDNS 11882.

En Mataró, a 21 de mayo de 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or initials.

Responsable de QA/RA